



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

Серія А

№ 006321



**СЕРТИФІКАТ**

**затвердження типу засобів вимірювальної техніки**

№ UA-MI/1-575-2011

Виданий 19 липня 2011 р.

Цей сертифікат, виданий фірмі Landis+Gyr GmbH, Німеччина, засвідчує, що на підставі позитивних результатів державних контрольних випробувань Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики затверджений тип засобів вимірювальної техніки "Лічильники кількості теплоти та води ULTRAHEAT T150/2WR7, ULTRAHEAT T350/2WR6, ULTRAHEAT T550/UH50", який зареєстровано в Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки за номером У1154-11.

Контроль метрологічних характеристик лічильників кількості теплоти та води ULTRAHEAT T150/2WR7, ULTRAHEAT T350/2WR6, ULTRAHEAT T550/UH50 під час випуску з виробництва здійснює метрологічна служба фірми-виробника, акредитована національною метрологічною службою Німеччини.

Міжповірочний інтервал, установлений під час затвердження типу лічильників, – не більше чотирьох років.

*Голова комісії з реорганізації  
Держспоживстандарту України*



*О.В. Пшеничка*



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

Серія А

№ 006322



**СЕРТИФІКАТ**

**затвердження типу засобів вимірювальної техніки**

№ UA-MI/1-2768-2011

Виданий 19 липня 2011 р.

Цей сертифікат, виданий фірмі Landis+Gyr GmbH, Німеччина, засвідчує, що на підставі позитивних результатів державних приймальних випробувань Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики затверджений тип засобів вимірювальної техніки "Теплолічильники ULTRAHEAT T230", який зареєстровано в Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки за номером У3129-11.

Контроль метрологічних характеристик теплолічильників ULTRAHEAT T230 під час випуску з виробництва здійснює метрологічна служба фірми-виробника, акредитована національною метрологічною службою Німеччини.

Міжповірочний інтервал, установлений під час затвердження типу теплолічильників, – не більше чотирьох років.

*Голова комісії з реорганізації  
Держспоживстандарту України*



*О.В. Пшеничка*